



Hoortoestellen in de praktijk

**AURIS AUDIOLOGISCH CENTRUM VOOR GEHOOR,
SPRAAK EN TAAL**

Een hoortoestel is een kleine geluidsversterker. Het is een hulpmiddel om beter te horen.

Hoortoestellen kunnen niet het eigen, goede gehoor teruggeven. Er blijven dus situaties bestaan waarin spraak verstaan lastig is. Wanneer u twijfelt over de instelling van uw hoortoestellen, kunt u een gehooronderzoek en hoortoestelcontrole aanvragen bij het Audiologisch Centrum.

Een hoortoestel bestaat uit verschillende delen:

- Het hoortoestel zelf
- Het slangetje
- Het oorstukje

Om problemen te voorkomen, is een goed onderhoud van hoortoestellen nodig.

Indien het om een klassiek achter-het oor hoortoestel gaat:

Reinig het oorstukje 1 keer per week in water met een speciaal ontsmettend reinigingsmiddel. Indien u regelmatig oorontstekingen en/of looporen heeft, doet u dit steeds voordat u het oorstukje opnieuw in uw oor plaatst. Na het reinigen moet het oorstukje drooggemaakt worden met een blaaspeertje. Wanneer het oorstukje los in het oor zit of pijn veroorzaakt, neemt u contact op met uw audicien.

Na enig gebruik van het hoortoestel kan het verbindingsslangetje hard worden en verkleuren. Dit is nadelig voor de kwaliteit van het geluid. Ook wordt de kans groter dat u het hoortoestel verliest. Wij raden u aan het verbindingsslangetje regelmatig te controleren en zo nodig te vervangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw audicien.

Een hoortoestel werkt op batterijen. Het type batterij is afhankelijk van het type hoortoestel. De kleur van de verpakking kan u helpen het juiste type batterij te kopen. Wanneer de batterijen aan vervanging toe zijn, hangt af van het type batterij en de versterking die het hoortoestel moet leveren. Controleer de werking van de batterij regelmatig met een batterijtester. Hoortoestellen mogen niet in aanraking komen met vocht, haarsprays, stof etc. Veelvuldig vallen kan een hoortoestel beschadigen.

Het hoortoestel functioneert niet of is niet hard genoeg

Wat kunt u zelf doen of controleren?

- Het toestel staat uit: zet het toestel aan door de batterijlade te sluiten
- Batterij is leeg: vervang de batterij
- Het oorstukje is verstopt: maak het oorstukje schoon
- Er zitten waterdruppels in het oorstukje en/of slangetje (bijv. na schoonmaken of bij veel zweten): blaas met het blaaspeertje de druppels uit het slangetje en/of het oorstukje
- Zet het volume harder
- Het hoortoestel zit niet goed in het oor: plaats het hoortoestel goed in het oor

Het hoortoestel fluit

- Het oorstukje sluit de gehoorgang onvoldoende af of het oorstukje zit niet goed in de gehoorgang: plaats het hoortoestel goed in het oor. Let erop dat het oorstukje voldoende diep in de gehoorgang zit
- Het verbindingsslangetje van het hoortoestel is gescheurd of zit los: vervang het verbindingsslangetje
- Overtollig oorsmeer in de gehoorgang: reinig het oorstukje en maak zonedig een afspraak bij uw huisarts of KNO-arts om uw oren te laten schoonmaken.

Soms geven hoortoestellen problemen. De meeste kunt u zelf oplossen. Indien het hoortoestel na bovenstaande controles nog niet goed functioneert, kunt u contact opnemen met uw audicien.

Locaties

Audiologisch Centrum Rotterdam
Ammanplein 2
3031 RT Rotterdam
T: (010) 413 22 80
E: acrotterdam@auris.nl

Audiologisch Centrum Goes
Voorstad 78
4461 KP Goes
T: (0113) 25 03 42
E: acgoes@auris.nl

Audiologisch Centrum Bergen op Zoom
Marslaan 7
4624 CT Bergen op Zoom
T: (0164) 26 65 99
E: acbergenopzoom@auris.nl